

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS

CNPJ: 11.607.006/0001-48
AVENIDA HERCILIO LUZ 163
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2020 - PR

Processo Administrativo: 10/2020
Processo de Licitação: 10/2020
Data do Processo: 12/03/2020

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Aquisição de aparelho analisador automático de hematologia, para atender a demanda do laboratório de análise clínicas Vanderlei Francisco de Farias, do Fundo Municipal de Saúde, do município de Tijucas/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 7/2020 (Sequência: 1)

Ao(s) 7 de Maio de 2020, às 08:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 678/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 10/2020, Licitação nº 8/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas/SC, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio instituído pela Portaria 2252/2020 para cumprir os procedimentos relativos ao Processo Licitatório nº 010/FMS/2020 Pregão Presencial nº 008/FMS/2020, tendo por objeto Aquisição de aparelho analisador automático de hematologia, para atender a demanda do laboratório de análise clínicas Vanderlei Francisco de Farias, do Fundo Municipal de Saúde, do município de Tijucas/SC. Inicialmente, em conformidade com as disposições do edital publicado no Diário Oficial dos Municípios edição do dia 30 de abril de 2020 e constatando-se no momento que o edital se encontrava na página da internet a pregoeira abriu a sessão pública. Foi recebido o envelope contendo a proposta e a documentação do interessado, com as cautelas de estilo procedeu-se à abertura do envelope da proposta por ele apresentado. Após rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes. Foi lançada no sistema a proposta apresentada. A pregoeira detalhadamente colocou a todos os presentes sobre a Aquisição de aparelho analisador automático de hematologia, esclarecendo todas as dúvidas antes do início dos lances. Sanadas as dúvidas, e após análise individual e os debates correspondentes entendeu-se que o valor apresentado ao item pretendido esta em conformidade com o estimado pela administração. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e ao interesse público. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociação dos valores. Ato contínuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitação do vencedor, que estando em sintonia às regras editalícias e legais foi considerado conforme descrição abaixo o vencedor do item. Concedida a palavra aos participantes para manifestarem intenção de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4º. lei 10.520/2002. Assim, observados os princípios legais e de acordo com o interesse da administração municipal, considerando a economia e os preceitos aplicáveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e especificações identificadas abaixo, vinculadas ao processo licitatório nº 010/FMS/20 de pregão presencial nº 008/FMS/20. Fica consignado nesta Ata, que até o início da abertura desta sessão, não compareceu mais nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentação referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarão ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa à análise jurídica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2020 - PR

CNPJ: 11.607.006/0001-48
AVENIDA HERCILIO LUZ 163
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

Processo Administrativo: 10/2020
Processo de Licitação: 10/2020
Data do Processo: 12/03/2020

Folha: 2/3

Participante: 6372 - PRONTOLAB EQUIP.E PROD.CIENTIFICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	-------------	-------	----------	----------------	-------------

1	Analizador hematológico automatizado de 22 parâmetros, com 2 histogramas, 1 scattergrama e diferencial de 5 partes. Leitura de 22 parâmetros com 2 histogramas e 1 scattergrama:	UN	1,00		0,0000	50.000,00	50.000,00
---	--	----	------	--	--------	-----------	-----------

WBC - Leucócitos/células brancas
LIM % - Porcentagem de linfócitos
LIM # - Valor absoluto de linfócitos
MOM % - Porcentagem de monócitos
NEU % - Porcentagem de neutrófilos
NEU # - Valor absoluto de neutrófilos
BAS % - Porcentagem de basófilos
BAS # - Valor absoluto de basófilos
EOS % - Porcentagem de eosinófilos
EOS # - Valor absoluto de eosinófilos

RBC - Hemácias/Células vermelhas
HGB - Hemoglobina
HCT - Hematócrito
MCV - Volume Corpuscular Médio
MCH - Hemoglobina Corpuscular Média
MCHC - Concentração de hemoglobina corpuscular média
RDW - Amplitude da distribuição de células vermelhas

PLT - Plaquetas
MPV - Volume plaquetário médio
PDV - Amplitude da distribuição de plaquetas
PCT - Plaquetócrito

Deve ser compactado e leve, utilizando baixo volume de amostra e baixo consumo de reagentes;
Reagentes on-board;
Equipamento com diferenciação 5 DIFF 100% óptica;
Tecnologia de um fluxo de amostra ativo (injetor) e baihna passiva;
A amostra é introduzida na célula de fluxo sob pressão e a baihna é apenas dedicada a mantê-la.
Este princípio permite a introdução de um grande volume de amostra e utilização de uma razão de diluição elevada, sendo capaz de realizar a medição de hemoglobina com a mesma diluição.
As diferenciações em cinco partes são obtidas após a ação da solução de análise.
Este reagente destrói a RBC e protege a membrana do WBC.
Esta técnica evita o uso de um corante específico e canal de medição exclusivo para detecção eosinófilos e uma para os basófilos.
Deve utilizar no máximo 3 reagentes (solução de limpeza, lisante e diluente) reduzindo custos operacionais e contribuindo com a natureza no que diz respeito ao descarte de dejetos.
Tubulações independentes facilitando a sua substituição e diminuindo o custo;
Ajustes automático do branco da hemoglobina, eletro válvulas sem quaisquer manutenção;
Tecnologia de led conferido maior durabilidade e menor incidência de manutenção;
Módulo óptico com ajuste limitado;
Comprimento de onda de 460nm: melhor determinação dos eosinófilos, sem necessidade de coloração
Deve possuir três placas eletrônicas e três motores facilitando todo o diagnóstico de falhas;
Software amigável em Português;
Menu de Controle de Qualidade com estatística e gráfico de L&J;
Memória estendida para registro de dados via entrada USB.
Registro de usuários e serviço;
Resultados liberados com histogramas, scattergramas e flags;

Memória: até 1500 resultados na memória interna e mais de 60.000 em dispositivo externo (USB)
Tela colorida "touchscreen" sensível ao toque de 8" 5 polegadas;
Teclado alfanumérico
Identificação alfanumérica do paciente/controle, etc.
Possibilidade de leitor de código de barras opcional

C
J
E

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2020 - PR

CNPJ: 11.607.006/0001-48
AVENIDA HERCILIO LUZ 163
C.E.P.: 88200-000 - Tijucas - SC

Processo Administrativo: 10/2020
Processo de Licitação: 10/2020
Data do Processo: 12/03/2020

Folha: 3/3

Saídas: RS232C, ETHERNET (TCP/IP protocol), 2 USB
port, Centronics port

Velocidade mínima de 45 amostras/hora
Volume de amostra 15,7 ul
Metodologia: impedância (WBC,RBC e PLT),
espectrofotometria (Hb) e citometria óptica (5 DIFF)
Citometria Óptica;
Hydrofocos free (OCHF)

Tecnologia 100% óptica
fonte de alimentação externa (24 volts com 130 watts max.

Total do Participante ----->	50.000,00
Total Geral ----->	50.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Tijucas, 7 de Maio de 2020



COMISSÃO:

GLAUCIA JANE BITENCOURT DE AMORIM

MÁRCIA BRANDO LAUS


TAISE CRISTINA MARCHI COTA

ELISAMA FREITAS

 - Pregoeiro(a)
 - EQUIPE DE APOIO
- - EQUIPE DE APOIO
- - MEMBRO SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARTA HELENA DE SOUSA MATOS

 - Representante

